PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/0003-PG

OBJETO: Aquisição de equipamentos odontológicos, visando atender e estruturar as Clinicas do Sesc Ananindeua, ACIA Ananindeua e do município de Itaituba.

ADENDO Nº I – 26/02/2018
ESCLARECIMENTOS

Prezados (as) Senhores (as) Licitantes,

Considerando os questionamentos apresentados por licitante interessado em participar do Pregão Eletrônico em epígrafe, tornamos público e apresentamos os esclarecimentos solicitados abaixo:

Esclarecimento 1: Venho por meio deste tempestivamente solicitar esclarecimento a respeito da instalação solicitada pelo Anexo I, para os itens 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34. Estes itens são copias dos itens 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, nestes itens repetidos são para entregar em qual local?

Resposta: Foi verificada a inclusão de itens repetidos, no qual serão cancelados. Será feito novo anexo I do Edital.

Esclarecimento 2: Quanto a exigência da instalação, está pedindo instalação para vários itens que não necessitam de instalação, tais como exemplo.

· ITEM 7 - FOTOPOLIMERIZADOR – NÃO REQUER INSTALAÇÃO, POIS É APENAS LIGADO NA TOMADA NO ATO DO USO NO PACIENTE.
· ITEM 8 - LAVADORA ULTRASSONICA – NÃO REQUER INSTALAÇÃO, POIS É APENAS LIGADA NA TOMADA NO ATO DA LIMPEZA DOS MATERIAS.
· ITEM 9 - AUTOCLAVE 19 A 21 LITROS – NÃO REQUER INSTALAÇÃO, POIS É APENAS LIGADA NA TOMADA NO ATO DO USO DA AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAR OS MATERIAIS.
· ITEM 10 - SELADORA – NÃO REQUER INSTALAÇÃO, POIS É APENAS LIGADA NA TOMADA NO ATO DO USO DO SELAMENTO DO ENVELOPES E ROLOS. A NÃO SER SE VAI SER INSTALADA NA PAREDE, NESTE CASO BASTA APENAS FURAR A PAREDE E PARAFUSAR.
· ITEM 15 - NEGATOSCOPIO – NÃO REQUER INSTALAÇÃO, POIS É APENAS LIGADA NA TOMADA NO ATO DO USO.
· ITEM 17 - DESTILADOR DE AGUA – NÃO REQUER INSTALAÇÃO, POIS É APENAS LIGADA NA TOMADA E DEVE SER ABASTECIDA COM AGUA A CADA USO ELA NÃO É LIGADA NA REDE DE AGUA, O ABASTECIMENTO É MANUAL.

Resposta: Conforme contato com o setor técnico, a Coordenadora das Clínicas odontológicas solicitou não desconsiderar a instalação de nenhum item. E que todos os equipamentos devem ser devidamente instalados e seus certificados de garantia preenchidos.

Informamos que devida a alteração no processo, o mesmo será republicado no dia 27/02/2018 com os seus arquivos devidamente revisados.

A Comissão Permanente de Licitação está disponível para prestar demais esclarecimentos de quaisquer dúvidas que venham a surgir.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO