

## **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/0001-PG**

**Objeto:** Registro de Preço para provável aquisição de equipamentos de odontologia para as clínicas odontológicas do Sesc/PA, por um período de 12 (doze) meses

### **ADENDO I – Esclarecimento**

Prezados Interessados,

Trata-se de pedido de esclarecimento, estando tempestivo instruímos abaixo:

Com relação ao objeto / Questionamento:

“Para o ITEM 11 - SELADORA TÉRMICA ODONTOLÓGICA. NOSSO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO É SOBRE A VOLTAGEM POIS NO DESCRITIVO DIZ BIVOLT E O DESCRITIVO TODO VAI PARA MARCA WOSON, E NÃO POSSUI A VOLTAGEM BIVOLT. PODEMOS FORNECER NA VOLTAGEM 110 ou 220V?”

Resposta:

“De acordo com a maioria das estruturações elétricas das clínicas do regional das quais tenho conhecimento, o equipamento com voltagem 110v é o que condiz com a realidade do programa saúde.”

Belém/PA, 06 de maio de 2025.

Comissão Permanente de Licitação