

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/0001-PG

Objeto: Registro de Preço para provável aquisição de equipamentos de odontologia para as clínicas odontológicas do Sesc/PA, por um período de 12 (doze) meses

ADENDO II – Esclarecimento

Prezados Interessados,

Trata-se de pedido de esclarecimento, estando tempestivo instruímos abaixo:

Com relação ao objeto / Questionamento:

“PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DO ITEM 07 DO PREGÃO 25/0001 (90001/2025). Verificado o descritivo, o mesmo direcionara para a marca Transmai, que possui dois modelos de Bisturi Eletrônico, sendo os modelos BP100 Digital e BP100 Plus. O descrito até na parte em que cita: “Ventilação por convecção natural. Permite o uso de placa neutra simples descartável sem uso de um acessório específico”, até essa parte é referente ao modelo: BP100 Digital. Porém quando menciona as potências de saída: corte 100w / blend: 60w / coagulação: 40w. Frequência: corte – 450 hz / senoidal. Bivolt”, desse parágrafo em diante é o modelo: BP100 Plus. Considerando que o descritivo direciona para a Transmai, qual dos modelos devemos ofertar que melhor atenderia ao proposto?”

Resposta:

“De acordo com as informações de segurança esclarecidas pelo fornecedor, o modelo BP100 digital é o que se enquadra melhor a realidade do fluxo e padrão de atendimentos realizados pelas clínicas odontológicas do regional.”

Belém/PA, 06 de maio de 2025.

Comissão Permanente de Licitação